

Gara RM Sassuolo CIG: 62203971FE

Risposta ai chiarimenti del 05 maggio 2015

Gli allegati sono contenuti nella cartella dedicata al capitolato (12-Chiarimenti) raggiungibile dal link della pagina web o al link: https://www.dropbox.com/sh/f8h5yoxlyrya08m/AABeEKsaGX7CLzs8Lwf_muc0a?dl=0

Chiarimento 1:

Chiarimento nr. 1

Con riferimento al contenuto della "Offerta Amministrativa" si chiede se l'Autocertificazione cumulativa prevista alla lett. A. sia da rendere su modulo preesistente della Stazione Appaltante o se sia ritenuta idonea un'autocertificazione del concorrente riferita alle citate sezioni del bando (*capacità giuridica, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica*).

Si chiede a tal fine conferma che, in relazione al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, non sia necessario produrre idonee referenze bancarie e che, ad eventuale comprova dell'avvenuta sottoscrizione della Polizza Assicurativa, sarà sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre (rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza).

Risposta:

E' sufficiente che l'autocertificazione sia prodotta su un modulo del concorrente che contenga tutte le indicazioni sulla capacità giuridica, economico finanziaria e tecnica prescritte dal bando di gara. Del pari, a riprova della capacità economica, non è necessario produrre le referenze bancarie entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta, che dovranno invece essere esibite dal concorrente a richiesta del committente ed è altresì sufficiente produrre, a riprova della capacità tecnica, la sola copia del contratto assicurativo a copertura del rischio d'impresa in essere, con l'indicazione dei massimali di polizza.

Chiarimento 2:

Chiarimento nr. 2

Con riferimento al contenuto della "Offerta Tecnica" si riscontra che *"Il progetto tecnico va contenuto in 50 pagine circa, non conteggiando gli allegati predisposti dalla stazione appaltante e le copie dei manuali tecnici"*.

Sulla base di quanto evidenziato nelle linee guida per la compilazione del progetto offerta non viene fatto alcun riferimento al "progetto Tecnico".

Si richiede di chiarire:

- a) Se per "progetto tecnico" ci si riferisca esclusivamente alla parte relativa alle opere edili ed impiantistiche;
- b) Se per "progetto tecnico" ci si riferisca complessivamente a tutti i documenti individuati nelle linee guida per la compilazione del progetto offerta. In tale caso il limite di 50 pagine complessive è da

ritenersi non sufficiente ad una adeguata descrizione delle soluzioni proposte e dei lavori nonché ad includere i manuali e le certificazioni.

Risposta:

Per offerta tecnica si intende l'intero pacchetto dei documenti tecnici che il concorrente deve produrre, quindi sia l'offerta per la macchina, che quella dei lavori di posa in opera. Se in questa logica il limite delle 50 pagine imposto dal capitolato è ritenuto insufficiente per produrre un'offerta esauriente e completa, può essere superato dal concorrente fino a compilare un numero massimo di pagine pari al doppio.

Tale limite indicativo è definito "non conteggiando gli allegati predisposti dalla stazione appaltante e le copie dei manuali tecnici". Idem per le certificazioni.

Chiarimento 3:

Chiarimento nr. 3

A seguito del sopralluogo effettuato in data 30-04-15, con riferimento alle specifiche di Capitolato ed alla documentazione allegata Vi chiediamo quanto segue:

- planimetrie allegate al capitolato di gara in formato dwg.
- schema as-built e caratteristiche dell'impianto di condizionamento: distribuzione canali, griglie, anemostati, valori di mandata e ripresa nei singoli locali oggetto d'intervento.
- tipologia del sistema di controllo/gestione dei parametri climatici attualmente in uso.
- disponibilità di acqua refrigerata (49 kW per il sistema di raffreddamento del sistema MR e 15 kW per il raffrescamento del locale tecnico), caratteristiche e punti di allacciamento.
- considerato che la potenza necessaria per il sistema MR è di circa 125 kVA, vi chiediamo di confermare la necessità di fornire un nuovo gruppo UPS per la potenza totale dell'apparecchiatura o in alternativa alimentare da UPS esistente tutte le sicurezze del sistema RM e da gruppo elettrogeno l'apparecchiatura RM.
- elenco e caratteristiche degli accessori ed arredi esistenti ed utilizzabili per le finalità del progetto.
- specificare se con quanto indicato a pagina 7 del Capitolato Speciale relativamente alla porta di accesso al sito controllato si chiede di prevedere una nuova porta con apertura verso l'esterno e dotata di maniglione.

Risposta:

- A. (Dwg): [In allegato](#) trovate i dwg in nostro possesso.
- B. (As built condizionamento): Nella documentazione allegata "impianto condizionamento RM.pdf" sono definiti canali griglie ed anemostati. Per maggiore chiarezza [alleghiamo la legenda](#).
- C. (Parametri climatici): L'impianto di controllo e gestione climatizzazione è composto da: hardware di marca Johnson Controls, software marca Johnson Controll tipo NAEF e interfaccia utente marca Honeywell tipo Symmetre.
- D. (Acqua refrigerata): non disponibile
- E. (UPS): Non è richiesta la fornitura di un nuovo UPS per la potenza totale della nuova apparecchiatura. L'attuale UPS (modello Emerson, 80-NET [di cui si allega scheda](#)), può comunque essere utilizzato nell'ambito del progetto se ritenuto utile. In tal caso, è onere della ditta appaltatrice la verifica in fase di progetto della compatibilità dell'esistente gruppo di continuità con l'installazione futura, garantendo pertanto il rispetto dei requisiti di funzionalità, continuità e sicurezza. In sintesi la Ditta appaltatrice dovrà garantire la compatibilità dell'attuale UPS, così come di qualsiasi altro accessorio già presente ed utilizzato dalla stessa per le finalità del progetto.
- F. (Elenco accessori e arredi): [Si allega elenco](#)
- G. (Porta): A pagina 7 del CSA è riportato "si dovrà progettare il sito RM come zona ad accesso controllato. L'ingresso al sito RM, porta B1-1-22, dovrà essere quindi dotato di dispositivi tali per cui consenta l'apertura da esterno solo a personale RM munito di codice (o in alternativa banda magnetica, impronta digitale, chiave magnetica, ecc) o a persona autorizzata riconosciuta attraverso sistema videocitofonico dedicato. Tale accesso deve consentire una rapida uscita delle persone dal sito RM e deve essere agevolmente apribile dall'interno": di conseguenza, non è richiesta la sostituzione della porta di accesso al sito, ma la proposta di una soluzione che garantisca il controllo di accesso al sito RM. La qualità e l'efficienza della soluzione proposta sarà oggetto di valutazione.

Si precisa che l'attuale sito RM dispone di due ingressi di cui il secondo è definito dal codice B1-1-19. Fermo restando l'opportunità di mantenere nel progetto esecutivo proposto due ingressi tale eventualità non è vincolante purché la progettazione del sito sia conforme agli standard di sicurezza ed efficiente per l'attività.