

Gara RM Sassuolo CIG: 62203971FE

Risposta ai chiarimenti del 11 maggio 2015

Gli allegati sono contenuti nella cartella dedicata al capitolato (12-Chiarimenti) raggiungibile dal link della pagina web o al link: <https://www.dropbox.com/sh/qgdb4g1hcogbc9z/AAA4pVLhYqdHnRtyWegMDER4a?dl=0>

Chiarimento 1:

Con riferimento all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto – Documentazione di gara – Offerta amministrativa – “B. Copia del presente capitolato e dei suoi allegati sottoscritto per presa visione e accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa”

Si chiede:

- Di specificare quali documenti intendete per “allegati” non essendo espressamente indicati in calce al capitolato stesso.
- In alternativa, vista la quantità di documentazione di gara (cartelle da 01 – Riferimenti INAIL a 10 - Offerta economica) se è sufficiente una dichiarazione di presa visione e accettazione, del titolare o legale rappresentante della ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa, di tutti gli allegati in aggiunta alla firma del Capitolato.

Risposta:

In merito alla sottoscrizione degli atti di gara, si precisa che è da ritenersi sufficiente una dichiarazione cumulativa del legale rappresentante con la quale si attesta la presa visione e l'accettazione di tutti gli atti del procedimento, nessuno escluso.

Chiarimento 2:

Con riferimento all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto – Documentazione di gara – Offerta tecnica – viene richiesto “il Progetto offerta e i relativi allegati in formato elettronico, su supporto informatico (CD-ROM/DVD, drive USB, etc.) in due copie ed in versione identica all'originale cartaceo. Gli elaborati così consegnati dovranno essere accessibili in formati standard consultabili mediante viewer/reader. Gli allegati forniti alle ditte in formato Microsoft Excel™ dovranno essere compilati mantenendone il formato originale. In aggiunta è richiesta anche la versione scannerizzata di tutti i documenti sottoscritti in formato cartaceo”, considerato che gli elaborati progettuali sono anche in formati A2-A1.

Si chiede:

- Di confermare che per il progetto definitivo da presentare in gara sia sufficiente la scannerizzazione della cover/cartiglio firmata. L'originale sarà presente comunque in formato cartaceo firmato unitamente al formato elettronico dei documenti.

Risposta:

Si conferma che è sufficiente la scansione della cover/cartiglio firmata fermo restando la consegna dell'originale del progetto definitivo in formato cartaceo e firmato unitamente al formato elettronico.

Chiarimento 3:

Con riferimento all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto – Prezzi a base d'asta e costi per la sicurezza.

Si chiede:

- Di precisare se, fermo restando l'importo complessivo a base d'asta non superabile e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo per la fornitura della macchina e per i lavori di posa in opera siano da ritenersi singolarmente non superabili oppure presunti, e quindi variabili, purché la loro somma non superi l'importo complessivo a base d'asta.

Risposta:

Si precisa che è da ritenersi non superabile l'importo a base d'asta fissato dal committente, né possono essere sottoposti a ribasso gli oneri di sicurezza; le singole voci di prezzo della fornitura della macchina e dei lavori di posa in opera possono, per contro, essere liberamente trattate dal fornitore, purché l'importo complessivo finale non superi la base d'asta.

Chiarimento 4:

Infine si richiedono:

- a) Le ultime misure di efficienza di schermaggio della gabbia di Faraday.
- b) L'elenco degli arredi e degli accessori di pertinenza del reparto, allo scopo di verificare l'eventuale implementazione di nuovi arredi.
- c) La disponibilità di acqua refrigerata, potenzialità 60 Kw, nei pressi dell'area di intervento per 365 gg/anno. Nel caso non sia disponibile, si richiede di poter posizionare un gruppo frigo al piano terra, nel piazzale esterno in adiacenza al corpo scala e della sala riunione D-0-03
- d) Dove poter prelevare potenza elettrica pari a 100 kVA, necessari per l'alimentazione dell'apparecchiatura.

Risposta:

- A. Si allegano le specifiche tecniche della gabbia di Faraday e il documento di collaudo contenente le misure di assorbimento. Le verifiche periodiche confermano le performance al collaudo. Si precisa che la sostituzione o l'adeguamento dell'attuale gabbia è di completa responsabilità della ditta aggiudicataria. Si rammenta inoltre che sarebbe opportuno che nel progetto esecutivo siano indicati i requisiti di attenuazione (E, H e P) per l'installazione proposta.
- B. L'elenco degli accessori e degli arredi è disponibile in allegato.
- C. L'acqua refrigerata non è disponibile nei termini richiesti. Il posizionamento del gruppo frigo nella zona indicata è autorizzata fermo restando il rispetto delle vie di esodo e la destinazione d'uso degli uffici adiacenti ed in particolar modo l'eventuale disagio acustico.
- D. Il quadro a cui far riferimento è quello di reparto (Q.M.2.5.1.1); le caratteristiche dell'interruttore di consegna attuale sono allegate al capitolato alla sezione "04-As built - Impianto elettrico". Rimane onere della ditta aggiudicataria la verifica e la compatibilità delle stesse.