



Servizio Ufficio Acquisti

Sassuolo, li 09/05/2018

Riferimento : /
Classificazione :
Filecode : avviso_manifestaz_Interesse_OCT_Os_spa
Pagine : 4

Operatori Economici Vari

Loro Sedi

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di n° 1 Tomografo a coerenza Ottica (OCT) – per l'Ospedale di Sassuolo spa.

L'Azienda Sanitaria Ospedale di Sassuolo spa ha la necessità di procedere all'acquisto di un OCT (tomografo a coerenza ottica)

Ai fini del presente avviso si precisa che

1. Soggetto affidatario
OSPEDALE DI SASSUOLO SPA
2. DESCRIZIONE E DURATA DELLA Fornitura
Il presente avviso esplorativo riguarda l'acquisizione di un tomografo a coerenza ottica (OCT)
3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti seguenti:
a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;
a.2) registrazione al Sistema. **intercenter.regione.emilia-romagna.it**.
Il presente appalto specifico è rivolto esclusivamente agli operatori economici ammessi al Sistema.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I soggetti che intendono partecipare alla selezione a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:
 - Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016): Non incorrere in alcuna delle cause previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di selezione e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;
 - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n.50/2016) Il fornitore dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e tecnici poter prestare la fornitura richiesta, con i relativi necessari



Servizio Ufficio Acquisti

standard di qualità. Il requisito dovrà essere provato mediante documentazione tecnica del prodotto offerto. Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Committente prima dell'affidamento della fornitura (eventuale)

5. **NORMATIVA SULLA PRIVACY** Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati

6. **PROCEDURA**

L'Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse.

Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti. Tuttavia, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse ritenuto idoneo, la committente si riserva la facoltà di effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 ovvero scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata anche senza far ricorso al presente Avviso, ovvero di affidare direttamente qualora si accerti un solo operatore con i requisiti tecnici richiesti.

La committente si riserva, inoltre, di non valutare le istanze provenienti da operatori economici che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni da essa stessa affidate, o che abbiano commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale

7. **CRITERIO DI SELEZIONE**

L'appalto verrà assegnato con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo come segue

punteggio economico massimo 30 punti

punteggio tecnico massimo 70 punti

8. **VALORE PRESUNTO:**

in € **50.000,00** iva esclusa compresi gli oneri per la sicurezza

9. *Breve descrizione della configurazione di "Minima" richiesta:*

- ✓ Sorgente ottica diodo superluminescente (SLD)
- ✓ Acquisizione del fondo tramite SLO, in un'unica immagine OCT

2

Servizio Ufficio Acquisti

- ✓ Analisi della testa del nervo ottico e dello strato RNFL con data base normativo per spessore retinico, fibre nervose, disco Ottico, e cellule ganglionari
- ✓ Calcolo e studio delle Cellule Ganglionari
- ✓ SW per lo Studio del Segmento Anteriore "completo"
- ✓ Misurazioni spessori, distanze, rappresentazioni grafiche Dotato almeno dei seguenti protocolli di scansione : spessore e volume retinico, intero segmento anteriore preferibile in unica immagine, disco ottico, fibre nervose, angolo irido-corneale
- ✓ Software di analisi per : spessore retinico maculare e sue variazioni, spessore fibre nervose ganglionari e sue variazioni, angolo irido-corneale, complesso ganglionare retinico, spessore corneale , disco ottico, il software deve permettere di ripetere l' esame sullo stesso punto.
- ✓ Sistema di controllo del movimento dell'occhio eye-tracking automatico e attivo durante l'acquisizione
- ✓ Mentoniera motorizzata
- ✓ Completo di Tavolo elettrificato ad altezza variabile (dotato se necessario di trasformatore di isolamento) e di stampante..
- ✓ Capacità di esportare le immagini in formato DICOM
- ✓ Capacità di gestire le worklist in formato DICOM


In Particolare si evidenzia che l'OCT deve integrarsi nella rete dati degli OCT già in uso all'ospedale di Sassuolo spa e quindi deve possedere le seguenti caratteristiche di compatibilità:

- ✓ Compatibilità con Software FORUM prodotto da Zeiss in dotazione all'Ospedale di Sassuolo spa , in particolare deve essere in grado di dialogare con FORUM permettendo di esportare gli esami e le immagini sul DB di Forum, Richiamare gli esami dal DB di FORUM per ulteriori analisi e valutazioni con gli esami precedenti , Gestire le Anagrafiche dei Pazienti in modo da non creare duplicati sul DB FORUM,
- ✓ In merito ai punti sopradescritti relativi all'interfacciabilità con il SW FORUM è Facoltà della committente dell'Ospedale di Sassuolo spa, richiedere la prova finalizzata a verificare l'effettivo possesso delle compatibilità richieste con il SW Forum. La Ditta Offerente sarà tenuta ad eseguire la prova richiesta presso il Serv di Oculistica dell'Ospedale di Sassuolo spa entro e non oltre i 15 giorni lavorativi dalla richiesta di prova inoltrata dall'Ospedale di Sassuolo spa.

10. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Le istanze di partecipazione e i suoi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 Maggio 2018 e dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: ufficio.acquisti@pec.ospedalesassuolo.it indicando in oggetto la dicitura:

3



Servizio Ufficio Acquisti

” Avviso di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di n° 1 Tomografo a coerenza Ottica (OCT) – per l’Ospedale di Sassuolo spa, Ospedale di Sassuolo.”

Referente Serv. Ing. Clinica E. Cerchiari - e.cerchiari@ausl.mo.it

Referente amministrativo e responsabile del procedimento:
[D. Lunati – d.lunati@ospedalesassuolo.it](mailto:d.lunati@ospedalesassuolo.it)

L’istanza dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).

Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse:

- pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema della Committente;
- non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
- Non pervenute a mezzo pec
- Non prevedano la preventiva prova tecnica del prodotto sul campo.

11. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet dell’Ospedale di Sassuolo.

Il presente avviso ha solo fini esplorativi per individuare i potenziali concorrenti, le soluzioni tecniche disponibili e verificarne la rispondenza alle esigenze dell’ospedale.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ospedale, che si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio.

Distinti saluti

Dir. Uff Acquisti
Davide Lunati


Davide Lunati
Responsabile Ufficio Acquisti
Ospedale di Sassuolo S.p.A.
d.lunati@ospedalesassuolo.it
Tel. 0536846979 - Fax 0593963865

4