

## Gara RM Sassuolo CIG: 62203971FE

### Risposta ai chiarimenti del 14 maggio 2015

Gli eventuali allegati sono contenuti nella cartella dedicata al capitolato (12-Chiarimenti) raggiungibile dal link della pagina web o al link: <https://www.dropbox.com/sh/qgdb4g1hcogbc9z/AAA4pVLhYqdHnRtyWegMDER4a?dl=0>

#### Chiarimento 1:

Si chiede:

In capitolato (CSA, art. 5, pag. 6) è richiesto di allegare in offerta un PROGETTO DEFINITIVO ai sensi della normativa vigente (art. 93 del Codice degli appalti), premiato con 14 punti, composto pertanto da relazioni generali, specialistiche, calcoli delle strutture e degli impianti, disciplinare descrittivo, computi metrici, ed elaborati grafici in formati diversi (A3/A2/A1/A0).

Data la quantità di documenti da produrre si chiede di confermare che il N° massimo di 100 pagine (CSA, Pag. 11 e chiarimenti del 5 Maggio) sia riferito solamente agli elaborati che compongono il “**progetto offerta**” indicato nelle linee guida (ovvero, layout, descrizione generale delle opere edili ed impiantistiche, prime indicazione per la stesura

del piano di sicurezza, cronoprogramma); i restanti elaborati che compongono l'intero progetto definitivo potranno quindi essere allegati in gara senza rientrare nel conteggio delle 100 pagine.

Se così non fosse, si chiede di confermare che sono da predisporre solamente i documenti riportati nelle linee guida, PUNTO 4.

Risposta:

E' da considerarsi corretta la prima interpretazione fermo restando che nell'offerta tecnica debbano essere descritte anche le caratteristiche tecniche della RM e degli accessori. Ovviamente anche tutti i documenti di supporto alla descrizione dell'apparecchiatura (e.g. punto 2 delle “Linee guida per la compilazione del progetto offerta”) sono esclusi dal conteggio

#### Chiarimento 2:

si chiede di confermare che la manutenzione e assistenza tecnica full risk è riferita esclusivamente all'apparecchiatura e agli accessori forniti.

Risposta:

L'assistenza tecnica full risk, così come definito dall'art. 6 del capitolato, si riferisce all'apparecchiatura RM e a tutte le forniture e prestazione oggetto della gara, coerentemente con l'obiettivo di garantire la qualità funzionale (quindi qualità clinica e sicurezza del sito RM) e minimizzare i tempi di fermo macchina. Devono quindi essere considerati anche gli eventuali impianti dedicati al funzionamento dell'apparecchiatura ed installati dalla Ditta Appaltatrice.

Non sono invece oggetto dell'assistenza tecnica gli accessori già presenti nel sito ed utilizzati per le finalità del progetto (e.g. elenco allegato ai chiarimenti del 5 e del 12 maggio).