

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2234947
<b>Descrizione RDO:</b>	Cabina Audiometrica per Medicina del lavoro
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)</b>	si
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valori economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A 02815350364 Via Ruini, N. 2 SASSUOLO MO
<b>Punto Ordinante</b>	DAVIDE LUNATI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: DAVIDE LUNATI Amministrazione: OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	UFJRET
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Davide Lunati
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	26/02/2019 20:32
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	08/03/2019 13:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	01/03/2019 12:00
<b>Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica:</b>	08/03/2019

<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	15/03/2019 12:30
<b>Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	31/03/2019 12:15
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegata al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Cabina Silente Audiometrica PRO 30
<b>CIG</b>	Z072757106
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Via ruini 2Sassuolo - 41049 (MO)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aderiamo allo Split Payment. Si prega di inviare fattura di cortesia all'indirizzo <a href="mailto:amministrazione.fornitori@ospedalesassuolo.it">amministrazione.fornitori@ospedalesassuolo.it</a> Il Mandare inoltre i documenti allegati se presenti compilati e firmati (Tracciabilità dei flussi finanziari e Modulo dati anagrafici).codice da utilizzare per la fatturazione elettronica è 4X8RR9S
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	7200,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Cabine silenziose (camere per audiometria)
----------------------------	--

<b>Quantita'</b>	1
------------------	---

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PUMA S.R.L.
2	* Nome commerciale della cabina silente (camera per audiometria)	Tecnico	Valore minimo ammesso	CABINA AUDIOMETRICA PCABINA AUDIOMETRICA PRO30MAXI
3	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	Z12149002
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Classe	Tecnico	Valore minimo ammesso	Classe I
8	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	Smontabile
9	Materiale struttura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Telaio portante in alluminio
10	Materiale esterno	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pannelli ignifughi
11	Materiale interno	Tecnico	Valore minimo ammesso	Materiale acustico a disegno piramidale
12	Copertura pavimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Moquette antistatica
13	Porta reversibile	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
14	Passaggio (lxh)	Tecnico	Valore	900x2000

	[mm]		minimo ammesso	
15	Chiusura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Magnetica
16	Apertura interna antipanico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
17	Visiva	Tecnico	Valore minimo ammesso	Doppio vetro di sicurezza
18	Misura visiva (lxh) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	56x88
19	Misure esterne (lxpxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1320x1320x2170
20	Misure interne (lxpxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1170x1170x2010
21	Supporti per strumenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Tavolo reclinabile e ganci per cuffie
22	Sistema di ventilazione silenzioso	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
23	Climatizzazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
24	Ruote piroettanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
25	Illuminazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lampada a fluorescenza
26	Alimentazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	220/240V – 50/60H
27	Peso [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	317
28	Progettazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
29	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	7200

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Modulo Richiesta dati anagrafici	Gara	<a href="#">Modello Per Richiesta Dati Anagrafici Modificabile Ter.xlsx (53KB)</a>	
Traccabilità dei Flussi Finanziari	Gara	<a href="#">Mod Tracciabilità Flussi Finanziari.docx (28KB)</a>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Modulo Richiesta dati anagrafici	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	No
Traccabilità dei Flussi Finanziari	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	No
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Cabina Silente Audiometrica PRO 30	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.