

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2864828
Descrizione RDO:	CELLA FRIGO 2 SALME APERTURA LATERALE E SMALTIMENTO CELLA ESISTENTE
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A 02815350364 VIA RUINI, N. 2 SASSUOLO MO
Punto Ordinante	DAVIDE LUNATI
Soggetto stipulante	Nome: DAVIDE LUNATI Amministrazione: OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A
Codice univoco ufficio - IPA	UFJRET
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Davide Lunati
Inizio presentazione offerte:	13/09/2021 10:17
Termine ultimo presentazione offerte:	24/09/2021 15:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	15/09/2021 10:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	07/10/2021 12:00
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	22/10/2021 10:00
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	CELLA FRIGO 2 SALME APERTURA LATERALE E SMALTIMENTO CELLA ESISTENTE
CIG	ZC3330305E
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via ruini 2 Sassuolo - 41049 (MO)
Dati di fatturazione	ADERIAMO ALLO SPLIT PAYMENT. SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA ALL'INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE.FORNITORI@OSPEDALESASSUOLO.IT MANDARE INOLTRE I DOCUMENTI ALLEGATI, SE PRESENTI, COMPILATI E FIRMATI (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI MODULO NOMINA TRATTAMENTO DATI PERSONALI PATTO D'INTEGRITÀ E MODULO DATI ANAGRAFICI). CODICE DA UTILIZZARE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA È 4X8RR9S
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	12000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Cella frigo 2 salme apertura laterale e smaltimento esistente
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
-----	----------------	-----------	----------------------	--------

1	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale della cella frigorifera mortuaria	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Caricamento	Tecnico	Valore unico ammesso	Laterale
7	* Porte	Tecnico	Nessuna regola	
8	* Campo temperatura [°C]	Tecnico	Valore minimo ammesso	-5/+5
9	* Sistema controllo temperatura	Tecnico	Valore suggerito	Termostato, termometro, timer sbrinamenti, allarmi per anomalie e variazioni temperatura.
10	* Refrigerazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ventilata
11	* Refrigerante	Tecnico	Valore minimo ammesso	R404a CFC free
12	* Sistema di sbrinamento	Tecnico	Valore minimo ammesso	automatico
13	* Allarme	Tecnico	Valore minimo ammesso	Acustico-visivo
14	* Dotazione interna	Tecnico	Valore minimo ammesso	Barella porta salme
15	* Materiale struttura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Acciaio inox 18/10 AISI 304
16	* Larghezza [cm]	Tecnico	Valore massimo ammesso	240
17	* Profondità [cm]	Tecnico	Valore massimo	100

			ammesso	
18	* Altezza [cm]	Tecnico	Valore massimo ammesso	215
19	* Peso [kg]	Tecnico	Nessuna regola	
20	* Illuminazione interna	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
21	* Potenza assorbita [KW]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1,1
22	* Tensione di alimentazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	V230/1/50 Hz
23	* Numero Posti salme	Tecnico	Valore unico ammesso	2
24	* Numero Sportelli	Tecnico	Valore unico ammesso	2
25	* Oblò per identificazione e ispezione	Tecnico	Valore suggerito	SI
26	* Dotazione interne di struttura portante in acciaio inox con rulli atte ad accogliere sia barelle per salme che feretri	Tecnico	Valore suggerito	SI
27	* 2 barelle per salme in acciaio inox	Tecnico	Valore unico ammesso	si
28	* Gruppo frigo monoblocco	Tecnico	Valore unico ammesso	si
29	* Dimensione di ingombro compatibile con la collocazione come da immagine pianta in allegato alla procedura	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
30	* Smaltimento cella frigo esistente (come da foto allegate alla procedura)	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
31	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	12000

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Modulo dati Anagrafici	Gara	00 Modello Per Richiesta Dati Anagrafici27032019.docx (44KB)	
Patto di Integrità	Gara	Patto Di Integrita.docx (82.06KB)	
Tracciabilità Flussi Finanziari	Gara	Mod Tracciabilita Flussi Finanziari.docx (28.09KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Dichiarazioni di conformità	CELLA FRIGO 2 SALME APERTURA LATERALE E SMALTIMENTO CELLA ESISTENTE	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Manuale uso in Italiano	CELLA FRIGO 2 SALME APERTURA LATERALE E SMALTIMENTO CELLA ESISTENTE	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Scheda tecnica descrittiva del prodotto	CELLA FRIGO 2 SALME APERTURA LATERALE E SMALTIMENTO	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

	CELLA ESISTENTE				
Offerta Economica (fac- simile di sistema)	CELLA FRIGO 2 SALME APERTURA LATERALE E SMALTIMENTO CELLA ESISTENTE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Sì

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.